Febbraio 2012

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Area Vasta Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Lettera dal Laboratorio

Lettera dal Laboratorio
LaURo- Lab. Unico Romagna

Provette da coagulazione: Attenzione particolare

Nell'autunno 2011, dopo una lunga formazione che ha coinvolto molte centinaia di operatori delle diverse Unità Operative di tutte le Aziende di AVR e numerosi operatori del Programma di Patologia Clinica, è stata completato il passaggio da un fornitore di provette ad un altro (BD) in seguito a una gara regionale.

Nonostante la complessità della operazione, la maggior parte dei problemi incontrati nei primi giorni sono stati superati, ma riteniamo necessario portare all'attenzione degli operatori ancora una volta la necessità di inviare provette di coagulazione **riempite correttamente** (altrimenti il rapporto sangue-anticoagulante NON è corretto) e di **capovolgere almeno quattro volte** le provette prima di inviarle al LRR o a Pievestina.

Rimaniamo a disposizione per qualunque informazione ulteriore agli indirizzi e numeri di telefono indicati di seguito: Dr.Romolo Dorizzi, Dr.Valerio Zanardi (referente Front-End), Dott.Giovanni Poletti (referente Ematologia) e gli altri dirigenti del settore Ematologia.

Il Direttore del CoreLab e del Programma di Patologia Clinica di AVR

Romolo Dorizzi

Sommario

Lettera dal Laboratorio	Pag. 1
Provette da coagulazione	Pag. 1
Riempimento corretto	Pag. 1
Capovolgere almeno quattro volte	Pag. 2
Livello minimo indicato dalla linea	Pag. 2
Volume di sangue accettabile	Pag. 2

E-mail/telefono per informazioni:

	0547-39-
rdorizzi@ausl-cesena.emr.it	-4809
vzanardi@ausl-cesena.emr.it	-4845
gpoletti@ausl-cesena.emr.it	-4838
alice.clementoni@ausl-cesena.emr.it	4837
mrosetti@ausl-cesena.emr.it	-4837
Luca.baldrati@ausl-cesena.emr.it	-4835

Il corretto riempimento delle provette di coagulazione

Il **volume** di aspirazione **sufficiente** è ottenuto al **raggiungimento o superamento** del **livello** di riempimento minimo

Provetta da 2,7 ml
13 x 75 mm
Aspirazione totale

Provetta da 1,8 ml
13 x 75 mm
Aspirazione totale



Capovolgere le provette a **tappo azzurro almeno quattro** volte