Febbraio 2013

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Area Vasta Romagna

Lettera dal Corelab

Laboratorio Unico
Area Vasta Romagna

Attenzione particolare alle provette da coagulazione

Circa un anno fa, in seguito a una gara regionale è stata completata l'attivazione della nuova fornitura di provette.
Nonostante la complessità dell'operazione (il laboratorio di Pievesestina riceve campioni da circa 100 punti prelievo e da 400 reparti) siamo a regime da oltre sei mesi.
Riteniamo, tuttavia, opportuno ribadire ancora una volta agli operatori la necessità di inviare **provette di coagulazione riempite correttamente** (altrimenti il rapporto sangue-anticoagulante NON è corretto) e di **capovolgere almeno quattro volte** le provette prima di inviarle al LRR o a Pievesestina.
Si ricorda ancora una volta che il rispetto puntuale di tali semplici indicazioni è fondamentale per la qualità del risultato dell'analisi.
Per qualunque informazione ulteriore si rimane a disposizione, ai numeri di telefono e indirizzi sotto indicati, insieme al Dr. Valerio Zanardi (referente Front-End), al Dott. Giovanni Poletti (referente Ematologia) e agli altri dirigenti del settore Ematologia.

Il Direttore del CoreLab e del Programma di Patologia Clinica di AVR

Romolo Dorizzi

Sommario

Lettera dal Laboratorio	Pag. 1
Provette da coagulazione	Pag. 1
Riempimento corretto	Pag. 2
Volume di sangue accettabile	Pag. 2
Provetta per adulti e pediatrica	Pag. 2
Capovolgere almeno quattro volte	Pag. 2

E-mail/telefono per informazioni:

rdorizzi@ausl-cesena.emr.it 0547394809
vzanardi@ausl-cesena.emr.it 0547394845
gpoletti@ausl-cesena.emr.it 0547394838
alice.clementoni@ausl-cesena.emr.it 0547394837
mrosetti@ausl-cesena.emr.it 0547394837
luca.baldrati@ausl-cesena.emr.it 0547394835
lvascotto@ausl-cesena.emr.it 0547394814


Il corretto riempimento delle provette di coagulazione




Provetta per adulti | **Provetta pediatrica**

Raggiungere o superare il livello di riempimento minimo inciso sulla provetta

NOTA: il volume di sangue aspirabile dalla provetta cala progressivamente dal momento della sua produzione al giorno della scadenza (in basso a sinistra una provetta nuova: +10% del volume nominale; a destra una provetta prossima alla scadenza: -10% del valore nominale). Anche se una provetta prossima alla data di scadenza si riempie meno di una nuova, è idonea se il riempimento **raggiunge o supera** il livello minimo inciso sulla provetta.





Capovolgere le provette **tappo azzurro almeno quattro** volte



a cura di Romolo Dorizzi